Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

Objektträger sind für mikroskopische Untersuchungen von Blut-, Urin- und Gewebeproben geeignet. Die Objektträger sind gebrauchsfertig und nur zum Einmalgebrauch.
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ.

Treffen Sie vor der Verwendung von Objektträgern entsprechende Sicherheitsvorkehrungen auf mögliche Verletzungsrisiken. Tragen Sie geeignete Handschuhe und eine möglichst geschlossene Labor- oder Sicherheitsbrille. Beachten Sie die internen Arbeitsplatzvorschriften.

Besondere Umsicht ist geboten, wenn nur eine geringe Anzahl des Probenmaterials vorhanden ist oder für ***eine*** Diagnose nur eine kurze Zeit zur Verfügung steht. Wenn die Untersuchung zu keinem Ergebnis führt oder das Ergebnis anzuzweifeln ist, beachten Sie die internen Anweisungen.

Verwendung von Objektträgern in Automaten
Für die Verwendung von Objektträgern in Automaten ist immer die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu beachten. Beim Einsatz von Chemikalien, Färbungen etc. ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu beachten. Bitte beachten Sie, dass auch in automatisierten Prozessen das Ergebnis auf Grund unterschiedlicher Prozessvariablen schwanken kann.

Lagerung
Objektträger trocken und sauber lagern.
Objektträger nicht direkt auf dem Fußboden lagern.
Starke Temperaturschwankungen während der Lagerung und vor der Verwendung vermeiden.
Starke Auskühlung verursacht Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung zwischen den Gläsern.
Immer zuerst die älteste Lagerware verwenden (FIFO-Prinzip).

Bei Fragen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Engelbrecht Medizin- und Labortechnik GmbH
Tiefenbachweg 13
34295 Edermünde / Deutschland

15°C – 25°C

CE IVD

Instructions for use and safety

Slides are suitable for microscopic examinations of blood, urine and tissue samples. The slides are ready for use and only for single use.
FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Take appropriate safety precautions before using slides possible risks of injury. Wear appropriate gloves and laboratory or safety glasses that are as closed as possible. Be aware of the internal workplace regulations.

Special care should be taken if only a small number of the sample material is present or is only available for a short time for a diagnosis. If the examination does not lead to any result or the result is doubtful, follow the internal instructions.

Automated equipment
When using the slides in automated equipment, use the instructions from the manufacturer. When using chemicals, dyes, etc., the manufacturer's instructions should be followed. Please note that even in automated processing the result can fluctuate due to different process variables.

Storage
Store slides dry and clean.
Do not store slides directly on the floor.
Avoid strong temperature fluctuations during storage and before use.
Strong cooling causes dew point undercutting and thus condensation water formation between the glasses.
Always use the oldest stock first (FIFO).

If you have any questions about this product, please do not hesitate to contact us.

Engelbrecht Medizin- und Labortechnik GmbH
Tiefenbachweg 13
34295 Edermünde / Germany

15°C – 25°C

CE IVD

Mode d'emploi et de sécurité

Les lames conviennent aux examens microscopiques d'échantillons de sang, d'urine et de tissus. Les diapositives sont prêtes à l'emploi et à usage unique.
POUR UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

Avant d'utiliser des diapositives, prenez les précautions de sécurité appropriées pour identifier les risques possibles de blessure. Portez des gants et des lunettes de laboratoire ou de sécurité appropriés qui sont aussi fermés que possible. Respectez les règlements internes du lieu de travail.

Une attention particulière est requise si seul un petit nombre de l'échantillon est disponible ou si seulement un court laps de temps est disponible pour un diagnostic. Si l'examen n'aboutit à aucun résultat ou si le résultat est douteux, suivez les instructions internes.

Utilisation de glissières dans les distributeurs automatiques
Pour l'utilisation de glissières dans les distributeurs automatiques, les instructions d'utilisation du fabricant doivent toujours être respectées. Lors de l'utilisation de produits chimiques, de colorants, etc., les instructions d'utilisation du fabricant doivent être respectées. Veuillez noter que même dans les processus automatisés, le résultat peut fluctuer en raison de différentes variables de processus.

Stockage
Rangez les diapositives au sec et propres.
Ne rangez pas les glissières directement sur le sol.
Évitez les fortes fluctuations de température pendant le stockage et avant utilisation.
Un fort refroidissement provoque une sous-cotation du point de rosée et donc la formation d'eau de condensation entre les lunettes.
Utilisez toujours le stock le plus ancien en premier (principe FIFO).

Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à nous contacter.

Engelbrecht Medizin- und Labortechnik GmbH
Tiefenbachweg 13
34295 Edermünde / Allemangne

15°C – 25°C

CE IVD